

22.5.2008

לכב'  
מר שלמה עבאדי, מנכ"ל  
החברה להתפתחות הילד  
פרדס-חנה

מר עבאדי הנכבד,

### **הנדון: מזרן מדגם AirNettress**

לבקשתך, בדקתי שני מזרנים מדגם AirNettress מתוצרת חברתכם, החברה להתפתחות הילד.

אחד מהמזרנים היה חדש והשני היה בשימוש של ילד במשך שנה לפני שבדקתי אותו. המזרנים עשויים מרשת מיוחדת המתוחה סביב מסגרת עץ. לשני המזרנים היה מתח תקין במשטח שאיפשר גמישות יחד עם תמיכה טובה בשלד. מזרן מסוג זה מספק תמיכה טובה מאד לתינוקות ואינו גורם להתפתחות עיוותים במערכת השלד. לדעתי, התכונות שנובעות משימוש ברשת מתוחה, העדר שקיעה נקודתית וזיכרון מנח שינה עשויים לתמוך בהתפתחות המוטורית של התינוק בראשית דרכו. לאישוש טענה זו מומלץ לבצע מחקר מדעי.

לסיכום, המזרן מסוג AirNettress מתוצרת החברה להתפתחות הילד מתאים מבחינה אורתופדית לשימוש בתינוקות וילדים והינו זהה מבחינת תכונותיו האורתופדיות לכל המזרנים האחרים המוכרים לי.

בכבוד רב

ד"ר אורי גבעון  
מומחה לכירורגיה אורתופדית  
אורתופד ילדים